



ЗАШТИТА ОД ЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА

КОНТРОЛНА ЛИСТА 4

РАДИЈАЦИОНА ДЕЛАТНОСТ

МАМОГРАФИЈА

ИНФОРМАЦИЈЕ О КОРИСНИКУ

Назив корисника	
Адреса (улица и број)	
Општина - Град	
Матични број	
ПИБ	
Контакт особа	
Назив радног места	
Телефон, Факс, E-mail	

1. ОДОБРЕЊА

1. Да ли је прибављена лиценца за обављање радијационе делатности од Агенције?	☐ да	☐ не*
	Важи до:	
3. Да ли су прибављена решења за коришћење извора јонизујућих зрачења од Агенције?	☐ да	☐ не*
	Важи до:	
5. Да ли је прибављена сагласност Агенције на мере заштите од јонизујућих зрачења за програм ране дијагностике - систематско испитивање становништва?	☐ да	☐ не*
6. Да ли је извршена пријава Агенцији свих извора јонизујућих зрачења који се поседују, односно користе на прописаном Обрасцу 1?	☐ да	☐ не*

* Корисник за који су одговори на питања под тач. 1-4 негативни, сматра се нерегистрованим и надзор се врши у складу са одредбом члана 33. Закона о инспекцијском надзору

2. ИЗВОРИ ЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА

1. Да ли се користе стационарни дијагностички рендген апарати за мамографију?	☐ да	☐ не
	Број:	
3. Да ли се користе мобилни дијагностички рендген апарати за мамографију?	☐ да	☐ не
	Број:	

3. ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ЗАШТИТУ ОД ЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА

1. Да ли је одређено лице одговорно за заштиту од јонизујућих зрачења?	☐ да-2	☐ не-0
--	-------------------------------	-------------------------------



2. Да ли одређено лице одговорно за заштиту од јонизујућих зрачења поседује Сертификат од Агенције?	☐ да-2	☐ не-0
4. ПРОСТОР		
1. Да ли је израђен Пројекат мера радијационе сигурности и безбедности?	☐ да-2	☐ не-0
2. Да ли је Агенција дала сагласност на Пројекат мера радијационе сигурности и безбедности?	☐ да-2	☐ не-0
3. Да ли простор за коришћење стационарних рендген апарата испуњава прописану површину?	☐ да-2	☐ не-0
	20m ² ☐ 12m ² ☐	
5. Да ли простор за коришћење стационарних рендген апарата има две просторије?	☐ да-2	☐ не-0
6. Да ли је под простора за коришћење рендген апарата од електроизолационог материјала?	☐ да-2	☐ не-0
7. Да ли је одређена Контролисана зона?	☐ да-2	☐ не-0
8. Да ли је одређена Надгледана зона?	☐ да-2	☐ не-0
9. Да ли је израђена интерна писана процедура за улазак у Контролисану зону?	☐ да-2	☐ не-0
10. Да ли је на видном месту постављено Упутство о раду?	☐ да-2	☐ не-0
11. Да ли је на видном месту постављено Упутство у случају ванредног догађаја?	☐ да-2	☐ не-0
12. Да ли је постављен стандардизовани знак ОПАСНОСТ ЗРАЧЕЊЕ?	☐ да-2	☐ не-0
13. Да ли се користи уређај за аутоматско одређивање дозе зрачења?	☐ да-2	☐ не-0
14. Да ли се користи уређај за светлосно упозорење?	☐ да-2	☐ не-0
15. Да ли постоје кабине за пресвлачење пацијената?	☐ да-2	☐ не-0
5. ПРОФЕСИОНАЛНО ИЗЛОЖЕНА ЛИЦА		
1. Да ли су одређена запослена професионално изложена лица?	☐ да-2	☐ не-0
	Број:	
3. Да ли запослена лица имају прописану стручну спрему за рад са изворима јонизујућих зрачења?	☐ да-2	☐ не-0
4. Да ли је извршена класификација професионално изложених лица (категорија А и Б)?	☐ да-2	☐ не-0
	Број А: Број Б:	
6. Да ли је обезбеђена лична дозиметријска контрола за професионално изложена лица?	☐ да-2	☐ не-0
7. Да ли су професионално изложена лица опремљена личним заштитним средствима?	☐ да-2	☐ не-0
8. Да ли је обезбеђено проверавање исправности личних заштитних средства која користе професионално изложена лица?	☐ да-2	☐ не-0



9. Да ли је обезбеђено правилно коришћење личних заштитних средства од стране професионално изложених лица?	☐ да-2	☐ не-0
А. Здравствени прегледи		
1. Да ли се професионално изложена лица упућују на редовне здравствене прегледе?	☐ да-2	☐ не-0
2. Да ли запослена лица испуњавају прописане здравствене услове за рад са изворима јонизујућих зрачења?	☐ да-2	☐ не-0
3. Да ли се обављају прописани здравствени прегледи професионално изложених лица код надлежне здравствене установе?	☐ да-2	☐ не-0
Б. Допунско обучавање и оспособљавање		
1. Да ли су професионално изложена лица оспособљена за рад са изворима јонизујућих зрачења?	☐ да-2	☐ не-0
2. Да ли су професионално изложена лица оспособљена за спровођење мера заштите од јонизујућих зрачења?	☐ да-2	☐ не-0
3. Да ли се обавља периодична обнова знања професионално изложених лица најмање једном у пет година?	☐ да-2	☐ не-0
В. Лична дозиметрија		
1. Да ли се користе ТЛ дозиметри?	☐ да-2	☐ не-0
	Број:	
3. Да ли је врши редовно читавање ТЛ дозиметара?	☐ да-2	☐ не-0
	Број 1 месец: Број 3 месеца:	
6. ЗАШТИТНА СРЕДСТВА		
1. Да ли се користе заштитна средства?	☐ да-2	☐ не-0
	Кецела ☐ Прегача ☐ Рукавице ☐ Крагна ☐ Наочаре ☐ Паравани ☐ Остало ☐	
3. Да ли се примењују фолије на бази ретких земаља и филмови одговарајућих квалитета?	☐ да-2	☐ не-0
7. МЕРЕЊА РАДИ ПРОЦЕНЕ НИВОА ИЗЛАГАЊА ЈОНИЗУЈУЋИМ ЗРАЧЕЊИМА		
1. Да ли се врше мерења ради процене нивоа излагања јонизујућим зрачењима професионално изложених лица?	☐ да-2	☐ не-0
2. Да ли се врше мерења ради процене нивоа излагања јонизујућим зрачењима становништва?	☐ да-2	☐ не-0
3. Да ли се врше мерења ради процене нивоа излагања јонизујућим зрачењима пацијената?	☐ да-2	☐ не-0
4. Да ли се врши редовна годишња дозиметријска контрола услова коришћења извора јонизујућих зрачења?	☐ да-2	☐ не-0



5. Да ли се врши дозиметријска контрола услова коришћења извора јонизујућих зрачења након поправке и сервиса?	☐ да-2	☐ не-0
8. УПУТСТВА И ПРОЦЕДУРЕ		
1. Да ли је израђено Упутство о коришћењу извора јонизујућих зрачења?	☐ да-2	☐ не-0
2. Да ли је израђено Упутство о мерама заштите од јонизујућих зрачења?	☐ да-2	☐ не-0
3. Да ли је израђено Упутство о поступку у случају акцидента?	☐ да-2	☐ не-0
4. Да ли су израђена интерна Упутства и процедуре?	☐ да-2	☐ не-0
9. ЕВИДЕНЦИЈЕ		
1. Да ли се води евиденција о изворима јонизујућих зрачења на прописани начин?	☐ да-2 ☐ делимично-1 ☐ не-0	
2. Да ли се води евиденција о професионално изложеним лицима на прописани начин?	☐ да-2 ☐ делимично-1 ☐ не-0	
3. Да ли се води евиденција о изложености пацијената на прописани начин?	☐ да-2 ☐ делимично-1 ☐ не-0	
10. ОДГОВОРНОСТ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗЛАГАЊА		
1. Да ли је специјалиста радиологије/ специјалиста друге гране медицине одговоран за спровођење излагања јонизујућем зрачењу?	☐ да-2 Специјалиста радиологије ☐ Специјалиста друге гране медицине ☐	☐ не-0
11. СИСТЕМ УПРАВЉАЊА КВАЛИТЕТОМ		
1. Да ли се спроводи систем управљања квалитетом мера заштите од јонизујућих зрачења?	☐ да-2	☐ не-0
2. Да ли овлашћено правно лице врши мерења за систем управљања квалитетом мера заштите од јонизујућих зрачења?	☐ да-2	☐ не-0
3. Да ли је овлашћено правно лице сачинило Извештај о мерењима за систем управљања квалитетом мера заштите од јонизујућих зрачења?	☐ да-2	☐ не-0
12. МЕРЕ РАДИЈАЦИОНЕ БЕЗБЕДНОСТИ		
1. Да ли је сачињено Упутство/Процедура о мерама радијационе безбедности ?	☐ да-2 Агенција ☐ Интерно ☐	☐ не-0
13. ОДРЖАВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ ИЗВОРА ЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА		
1. Да ли се уређаји са изворима јонизујућих зрачења редовно одржавају и сервисирају?	☐ да-2	☐ не-0



2. Да ли су на пословима инсталирања, редовног одржавања и сервисирања уређаја са изворима јонизујућих зрачења ангажована правна лица/предузетници који за такву врсту радијационе делатности имају одобрење од Агенције?	☐ да-2	☐ не-0
---	-------------------------------	-------------------------------

Могући укупан број бодова: 104

Инспекцијским надзором утврђени број бодова:

Степен ризика	Незнатан	Низак	Средњи	Висок	Критичан
Број бодова	95-104	84-94	74-83	63-73	62 и мање

Утврђен степен ризика	☐	Незнатан
	☐	Низак
	☐	Средњи
	☐	Висок
	☐	Критичан

Представници		Инспектор за заштиту од јонизујућих зрачења
Име и презиме	Радно место	Име и презиме
Датум:		