



ГРАД ПАНЧЕВО
26000 ПАНЧЕВО, ТРГ КРАЉА ПЕТРА И БР. 2-4

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ -
НАБАВКА АНАЛИЗАТОРА

Бр. XI-13-404-252/2018

	Датум и време
Рок за објављивање позива за подношење понуда и конкурсне документације на Порталу јавних набавки, интернет страници Наручиоца и Порталу службених гласила и база прописа	До 27.12.2018. године
Рок за подношење понуде	28.01.2019. године до 10:00 часова
Отварање понуда	28.01.2019. године у 10:15 часова

Панчево, децембар 2018. године

На основу члана 32. и члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), члана 7. Уредбе о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година («Сл. гласник РС» бр. 21/14), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Правилника о ближе уређивању поступка јавне набавке унутар Града Панчева, бр. II-05-06-14/2018-14 од 27.02.2018. године, Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке и Решења о образовању Комисије за спровођење отвореног поступка јавне набавке – Набавка анализатора, бр. XI-13-404-252/2018 од 13.11.2018. године, припремљена је:

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ –
НАБАВКА АНАЛИЗАТОРА
БР. XI-13-404-252/2018**

Конкурсна документација садржи:

Поглавље	Назив поглавља	Страна
I	Општи подаци о јавној набавци	3
II	Техничка спецификација	4
III	Техничка документација и планови	12
IV	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова	13
V	Критеријуми за доделу уговора	16
VI	Обрасци који чине саставни део понуде	16
VII	Модел уговора	27
VIII	Упутство понуђачима како да сачине понуду	35

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о Наручиоцу

Наручилац: Град Панчево

Адреса: 26000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4

Интернет страница: www.pancevo.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке и материја која се односи на предмет јавне набавке, и то:

- Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15),
- Законом о општем управном поступку („Сл. гласник РС“ бр. 18/2016), у делу који није регулисан Законом о јавним набавкама,
- Законом о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 29/78, бр. 39/85, бр. 45/89-Одлука УСЈ и бр. 57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/03 – уставна повеља), након закључења уговора о јавној набавци,
- Уредбом о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година («Сл. гласник РС» бр. 21/14),
- Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 86/15),
- Правилником о ближе уређивању поступка јавне набавке унутар Града Панчева, бр. II-05-06-14/2018-14 од 27.02.2018. године,
- Подзаконским актима који се односе на предмет јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке је отворени поступак јавне набавке – Набавка анализатора, бр. XI-13-404-252/2018, су добра и подразумева набавку анализатора, као и услугу инсталације у систем за континуирано мерење квалитета ваздуха и обуку за рад над предметним анализаторима.

4. Ознака из Општег речника набавки: 38434100 - Анализатори

5. Партије

Предмет јавне набавке није обликован у више партија.

6. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

7. Резервисана јавна набавка

Није у питању резервисана јавна набавка.

8. Електронска лицитација

Не спроводи се електронска лицитација.

9. Контакт лице

Весна Петковић Боровница, стручно лице,

е-маил адреса: javne.nabavke@pancevo.rs

10. Рок у којем ће Наручилац донети одлуку о додели уговора

Одлуку о додели уговора, Наручилац ће донети у року од 25 дана од дана јавног отварања понуда.

II ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Предмет јавне набавке – Набавка анализатора, бр. XI-13-404-252/2018, је набавка анализатора, као и услуга инсталације у систему за континуално мерење квалитета ваздуха и обука за рад над предметним анализаторима и подразумева следеће:

I – Проширење система за континуално мерење квалитета ваздуха обухвата набавку и инсталирање следећих уређаја:

- 1- Анализатор угљен-моксида (CO) 1ком
- 2- Анализатор озона (O₃) 1ком
- 3- Анализатор азотних оксида (NO/NO₂/NO_x) 2ком
- 4- Анализатор PM₁₀,PM_{2.5}, 1ком

I -1 Постојећи система за континуално мерење квалитета ваздуха се састоји од 4 мерне станице и софтвера:

- **Листа уређаја у мерним станицама** (садржи загађујућу материју која се мери, модел, произвођача, заступника, годину производње).

Мерна станица «Цара Душана»

1. SO₂ M 43i, Thermo electron, USA, MLU, 2006.
2. O₃, M 400, Teledyne-API, USA,MLU, 2004.
3. B,T,X (PID),GC955 серија 601, SYNTECH SPECTRAS, Холандија, EAS,2010
4. NO/NO₂/NO_x T200 Teledyne-API, USA, Mizma Igbos, 2014
5. Data logger, Хрчак, Mizma Igbos 2016

Мерно место «Ватрогасни дом»

1. TNMHC (FID), GC955 серија 114, SYNTECH SPECTRAS, Холандија,MLU, 2004.
2. B,T,X (PID),GC955 серија 601, SYNTECH SPECTRAS Холандија, Mizma Igbos, 2015
- генератор ваздуха (Air zero module) M701
3. PM₁₀,PM_{2.5}, PM_{1.0} Grimm, 180, EAS, 2010
4. Data logger, Хрчак Mizma Igbos 2016

Мерно место«Војловица»

1. SO₂ M 43i, Thermo electron, USA, MLU 2006.
2. TRS, M102A, Teledyne-API, USA,MLU 2004
- термални конвертор M501TRS Teledyne-API, EAS 2013,
3. B,T,X (PID),GC955 серија 601, SYNTECH SPECTRAS Холандија, Mizma Igbos, 2016
4. PM 10, TEOM 1400A, RP Ruppreeht Patashnick co.inc, Albany. N.Y.,USA, MLU 2004.*
5. Data logger, Хрчак, Mizma Igbos 2016
6. Метеоролошка станица са сензорима: WS 200

Мерно место«Старчево»

1. SO₂ M100E Teledyne-API, USA, „Project Automation“ S.p.A, Италија, 2005
2. CO M300E Teledyne-API,USA, „Project Automation“ S.p.A, Италија, 2004
3. O₃ M400E Teledyne-API, USA, „Project Automation“ S.p.A, Италија, 2004
4. NO/NO₂/NO_x M200E Teledyne-API, USA, „Project Automation“ S.p.A, Италија, 2004
5. PM₁₀ Environnement mod. MP101M, Француска, 2004
6. Data logger, Хрчак Mizma Igbos 2016
- 7.Метеоролошка станица са сензорима: WS 200

- **Софтвер** – Софтвер за систем за континуално мерење квалитета ваздуха "Кошава" Мизма Игбос 2016 који се састоји из апликативног и системског дела наведеог у листи:

1. апликативни сервер,
2. сервер за медијацију,
3. веб сервер,
4. сервер за базу података,
6. софтвер за базу података

II

Набављена опрема ће се инсталирати у 19“ полицу и пустити у редован режим рада по мерним станицама на следећи начин:

1. "Цара Душана" ;
 - Анализатор угљен-мооксида (CO)
 - Анализатор PM10,PM2.5,
2. „ Војловица“:
 - Анализатор озона (O₃)
 - Анализатор азотних оксида (NO/NO₂/NO_x)
3. "Ватрогасни дом";
 - Анализатор азотних оксида (NO/NO₂/NO_x)

Напомене:

- Неопходно је обезбедити да набављена опрема ради као део постојећег система.
- Наручилац има право да промени мерно место на коме ће се поставити предмет јавне набавке.
- Понуђач може да се благовремено у фази припреме понуде по овој тендерској документацији упозна са постојећим системом за континуално мерење квалитета ваздуха града Панчева.
- Наручилац неће бити одговоран у случају евентуалних додатних трошкова Понуђача због лоших процена послова које је потребно извршити.
- Ако дође до кварова или неправилности на опреми (током гарантног рока) због лошег материјала или неправилне монтаже у оквиру постојећег система и рада, обавеза је Понуђача да све то поправи , уколико је потребно и прибави неопходне делове, поштујући дате рокове Наручиоца и о свом трошку.
- Неопходна је кратка обука Наручиоца (за техничко особље које ће радити са опремом) за руковање анализаторима у мерном месту тј месту инсталације, како би се омогућило њихово правилно руковање и одржавање .

II-1. АНАЛИЗАТОР АЗОТНИХ ОКСИДА (NO/NO₂/NO_x)

Како је ово надоградња постојећег система, анализатор за континуално праћење азотних оксида у амбијенталном ваздуху треба да буде такав да непрекидно узоркује и мери и да буде тако повезан, да складишти податке у меморију Data logger-а “Хрчак“, који се налази у мерној станици (види одељак II) система града Панчева за континуално мерење квалитета ваздуха и да се ти подаци аутоматски преносе на Централни рачунар где се обрађују и прате, помоћу инсталираног "Кошава" софтверског пакета .

Испорука анализатора азотних оксида треба да обухвата:

- 1.Анализатор за мерење азотних оксида (NO, NO₂ и NO_x) са свим потребним материјалом за прикључење на систем,
2. Шине за постављање анализатора у 19“ полицу, по потреби
3. Манометар за калибрациону боцу, са свим потребним материјалом за прикључење (црево . одговарајући наставци и сл) на систем одн анализатор*
4. Шине за постављање анализатора у 19“ полицу
5. Потрошни материјал (Улазни филтер за уклањање ситних честица, мембрана за пумпу и сл.) за одржавање за 2 године према препоруци произвођача опреме.
6. Спољњу пумпу, са свим додацима за прикључивање
7. Упутство за коришћење анализатора азотних оксида од произвођача.

Техничке карактеристике (спецификација):

Компонента која се мери:	Азотни оксиди NO/NO ₂ /NO _x
Методологија :	EN 14211 (SRPS EN 14211)
Мерни принцип:	Хемилуминисценција
Подручје мерења:	Према избору корисника на скали од 0- 50ppb ; 0-20000ppb пуне скале
Јединице мерења:	ppb ppt ug/m ³ mg/m ³ (подесиво)
Нулти шум:	0.2 ppb (RMS)
Распонски (спан) шум:	<0,5% од читаног(RMS) преко 50 ppb
Доња граница детекције:	0,4ppb
Дрифт нуле:	<0,5 ppb/24 сата
Дрифт спана:	<0,5% од пуне скале / 24 сата
Прецизност:	0,5% од читаног
Линеарност:	1% од пуне скале
Временски застој:	20 секунди
Време подизања/пада (0-95%):	<60 sec.
Проток узорка:	500 cc/мин ±10%
Опсег температуре:	5-40° C
Опсег влажности:	0-95% RH, без кондензације
Димензије	стандард , да може да се постави у 19" полицу
Аналогни излази:	10 V, 5 V, 1V, 0.1V (подесиво) за три канала могућност укључивања струје јачине 4- 20mA
Статусни излази(дигитални):	8 излаза, 6 улаза (опто изоловани) 4 алармна излаза
Серијски излази:	1xRS-232 , 1xEthernet
Напајање:	220-240V – 50 Hz
Калибрација, опције :	Нула/спан (Zero/span)

*-Након исталације анализатора азотних оксида потребно анализатор пустити у редован режим рада при чему ће се извршити калибрација Наручилац има гасну смешу азот диоксида у азоту (у ppb) и гасну смешу азот монооксида у азоту (у ppm).Понуђач обезбеђује манометар одн регулатор притиска за боце у коме се налази гасна смеша.

II-2. АНАЛИЗАТОР УГЉЕНМОНОКСИДА (CO)

Како је ово надоградња постојећег система, анализатор за континуално праћење угљен- монооксида у амбијенталном ваздуху треба да буде такав да непрекидно узоркује и мери и да буде тако повезан, да складишти податке у меморију Data logger-а "Хрчак", који се налази у мерној станици система (види одељак II) града Панчева за континуално мерење квалитета ваздуха и да се ти подаци аутоматски преносе на Централни рачунар где се обрађују и прате, помоћу инсталираног "Кошава" софтверског пакета.

Испорука анализатора угљенмонооксида треба да обухвата:

- 1.Анализатор за мерење угљенмонооксида са свим потребним материјалом за прикључење на комплетан систем,
2. Шине за постављање анализатора у 19" полицу, по потреби
- 3.Манометар за калибрациону боцу, са свим потребним материјалом за прикључење (црево . одговарајући наставци и сл) на систем одн анализатор*
4. Шине за постављање анализатора у 19" полицу

5.Упутство за коришћење анализатора угљенмоноксида од произвођача.

6.Потрошни материјал (Улазни филтер за уклањање ситних честица, мембрана за унутрашњу пумпу) за одржавање за 2 године према препоруци произвођача опреме.

Техничке карактеристике (спецификација):

Компонента која се мери:	Угљенмоноксида CO
Методологија :	EN 14626 (SRPS EN 14626)
Мерни принцип:	IR apsorpcija (Ламберт-Беров закон)
Подручје мерења:	Према избору корисника на скали од 0- 1ppm и 0-1000ppm пуне скале
Јединице мерења:	ppb ppm ug/m ³ mg/m ³ (подесиво)
Нулти шум:	<0.2 ppm (RMS)
Распонски (спан) шум:	<0,5% од очитаног(RMS) преко 5 ppm
Доња граница детекције:	0,04ppm
Дрифт нуле:	<0,1 ppm/24 сата
Дрифт спана:	<0,5% од очитаног / 24 сата
Прецизност:	0,5% од очитаног
Линеарност:	1% од пуне скале
Временски застој:	10 секунди
Време подизања/пада (0-95%):	<60 sec.
Проток узорка:	800 cc/мин ±10%
Опсег температуре:	5-40° C
Опсег влажности:	0-95% RH, без кондензације
Димензије	стандард , да може да се постави у 19" полицу
Аналоги излази:	10 V, 5 V, 1V, 0.1V (подесиво) за три канала могућност укључивања струје јачине 4- 20mA
Статусни излази(дигитални):	8 излаза, 6 улаза (опто изоловани) 4 алармна излазаки
Серијски излази:	1xRS-232 , 1xEthernet
Напајање:	220-240V – 50 Hz
Калибрација, опције :	Нула/спан (Zero/span)

-Након инсталације анализатора угљенмоноксида потребно анализатор пустити у редован режим рада при чему ће се извршити калибрација Наручилац има гасне смешу угљенмоноксида у азоту (у ppm) .Понуђач обезбеђује манометар одн регулатор притиска за боце у коме се налази гасна смеша.

II-3. АНАЛИЗАТОР ОЗОНА (O3)

Како је ово надоградња постојећег система, анализатор за континуално праћење озона у амбијенталном ваздуху треба да буде такав да непрекидно узоркује и мери и да буде тако повезан, да складишти податке у меморију Data logger-а "Хрчак", који се налази у мерној станици система града (види одељак II) Панчева за континуално мерење квалитета ваздуха и да се ти подаци аутоматски преносе на Централни рачунар где се обрађују и прате, помоћу инсталираног "Кошава" софтверског пакета .

Испорука анализатора озона треба да обухвата:

- 1.Анализатор за мерење озона са свим потребним материјалом за прикључење на комплетан систем,
2. Шине за постављање анализатора у 19" полицу, по потреби
- 3.Упутство за коришћење анализатора угљенмоноксида од произвођача.

4.Потрошни материјал (Улазни филтер за уклањање ситних честица, мембрана за унутрашњу пумпу) за одржавање за 2 године према препоруци произвођача опреме.

Техничке карактеристике (спецификација):

Компонента која се мери:	Озон O ₃
Методологија ЕУ:	EN 14625 (SRPS EN 14625)
Мерни принцип:	УВ апсорпција
Подручје мерења:	Према избору корисника на скали од 0- 100ppb ; 0-10ppm пуне скале
Јединице мерења:	ppb ppm ug/m ³ mg/m ³ (подесиво)
Нулти шум:	<0.2 ppb (RMS)
Распонски (спан) шум:	<0,5% од очитаног(RMS) преко 100 ppb
Доња граница детекције:	<0,4ppb
Дрифт нуле:	<1.0 ppb/24 сата
Дрифт спана:	<1% од очитаног / 24 сата
Прецизност:	0,5% од очитаног преко100 ppb
Линеарност:	1% од пуне скале
Временски застој:	<10 секунди
Време подизања/пада (0-95%):	<20 sec.
Проток узорка:	800 cc/мин ±10%
Опсег температуре:	5-40 ⁰ C
Опсег влажности:	0-90% RH, без кондензације
Димензије	стандард , да може да се постави у 19" полицу
Аналогни излази:	10 V, 5 V, 1V, 0.1V (подесиво) за три канала могућност укључивања струје јачине 4- 20mA
Статусни излази(дигитални):	8 излаза, 6 улаза (опто изоловани) 4 алармна изласка
Серијски излази:	1xRS-232 , 1xEthernet
Напајање:	220-240V – 50 Hz
Калибрација, опције :	Интерно нула/спан (IZS) опција

-Након инсталације анализатора озонапотребно анализатор пустити у редован режим рада при чему ће се извршити калибрација

1. АНАЛИЗАТОР СУСПЕНДОВАНИХ ЧЕСТИЦА (PM10, PM2.5) У АМБИЈЕНТАЛНОМ ВАЗДУХУ

Како је ово надоградња постојећег система, анализатор за континуално праћење суспендованих честица PM10, PM2.5 у амбијенталном ваздуху треба да буде такав да непрекидно узоркује и мери и да буде тако повезан, да складишти податке у меморију Data logger-а "Хрчак", који се налази у мерној станици система града (види одељак II) Панчева за континуално мерење квалитета ваздуха и да се ти подаци аутоматски преносе на Централни рачунар где се обрађују и прате, помоћу инсталираног "Кошава" софтверског пакета .

Техничке карактеристике (спецификација):

1. Метод мерења Спектрометрија (90⁰ расипање светлости)
Мерење масе суспендованих честица PM10, засновано на принципу дисперзије светлости еквивалентно стандарду EN 12341 (SRPS EN 12341) и PM2.5 сагласно, EN 14907(SRPS EN 14907)
2. Фракција суспендованих
честица која се мери истовремено PM10, PM2.5
3. Период узорковања континуирано

4. Мерни опсег	0.1 – 1500 µg/m ³
5. Проток узорка ваздуха	1.2 l/min± 5%
6. Прецизност одређ.масе	± 5% од ранга мерења
7. Ауто тест	после сваког укључивања
8. Температура узорка	од -20 °C до + 45 °C
9. Радна температура	20± 5°C
10.Вакуум пумпа	уграђена
11. Остало	без токсичних или радиоактивних делова
12. Димензије	19“ орман
13. Напајање	220-240V – 50 Hz
14. Аналогни улаз	3 улаза (10V)
15. Серијски излази	1xRS-232

III

-Понуђач је у обавези да у својој понуди достави техничку спецификацију и слику опреме коју ће испоручити.

-Понуђач је у обавези да достави План редовног сервиса за период од годину дана (одн. период гарантног рока), у свему према техничким спецификацијама и захтевима произвођача опреме, а којим ће се обезбедити поуздан и исправан рад система и обезбедити континуитет мерења за аутоматске станице .

IV Документа

IV -1 Након завршеног посла потребно је издати одговарајући докуменат о примопредаји нарученог посла (Записник о примопредаји) који сачињава Понуђач, а потписују га обе стране потписнице Уговора.

IV-2 Након сваке интервенције на анализатору (инсталација, одржавање у гарантном року, рекламација, примопредаја и сл.) потребно је издати документ тј сервисну листу која обавезно мора да садржи следеће:

1.Општи подаци

Име понуђача, име наручиоца, назив мерног места, локација на којој се мерно место налази, назив и сер. број анализатора, датум (интервал) интервенције, обавезно навести врсту одн. разлог интервенције (инсталација, одржавање у гарантном року, рекламација, примопредаја, и сл).

2. Сервисне активности

Дати опис квара, сервисне активности (инсталација, преглед, замена, подешавање, чишћење) материјал који је употребљен, материјал који је потребно набавити.

3. Калибрација

Приликом калибрације анализатора дати очекиване и добијене вредности нуле и спана, и навести вредности са сертификата за спан (гасне смеше или пермтубе).

4. Коментар

У коментару навести обавезно да ли је анализатор у радном режиму и ради исправно или је неисправан и које су радње потребне за поправку.

5. На крају документа навести ко је обавио инсталацију тј сервис (печат фирме (не мора ако се документ издаје на меморандуму фирме) и потпис сервисера који је обавио инсталацију, сервис).

IV-3 Сервисер ће након инсталације одн. сваког прегледа анализатора (уколико је у исправном режиму рада) уписати у листу параметара у интерним књигама анализатора (која се налази на мерном месту) све тражене параметре који се могу читати на анализатору (притисак, температура, проток...).

РОК ИСПОРУКЕ, ОДНОСНО ИСПОРУКЕ ДОБАРА ИЛИ ИЗВРШЕЊА УСЛУГА И ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА:

-Уговор о проширењу система за континуално мерење квалитета ваздуха, набавка предметних анализатора (за мерење азотних оксида, озона, угљен монооксида и PM10, PM2.5) са пратећом опремом, закључује се на период од шест месеци (односно период гарантног рока), рачунајући од дана потписивања Записника о примопредаји, а у свему у складу са Техничком спецификацијом Наручиоца.

-Рок испоруке предметних анализатора азотних оксида (за мерење азотних оксида, озона, угљен монооксида и PM10, PM2.5) са свом потребном опремом, као и резервних делова потрошног и ситног материјала за период одржавања за две године а свему у складу са Техничком спецификацијом, не може бити дужи од 90 дана од дана потписивања уговора.

-Инсталација и пуштање у рад предмета јавне набавке не може да траје дуже од дана од 7 дана испоруке.

-Обука Наручиоца ће трајати један дан одмах након инсталације (не дуже од недељу дана након инсталације) у складу са договором између наручиоца и понуђача.

- У случају да Наручилац констатује да су утврђени недостаци у квалитету испоручених добара, изабрани Понуђач је дужан да исте отклони тј предузме одређене радње као би се квар дијагностиковао и/или отклонио, најкасније у року од 5 дана од дана пријема рекламације од стране Наручиоца. Уколико буде било потребно да се замене делови, уз одобрење Наручиоца поштоваће се и рок набавке резервних делова.

-Рок испоруке делова које ће Понуђач испоручивати по потреби услед детектованог квара, у току трајања гарантног рока, не може бити дужи од 70 дана, од дана детектованог квара.

-Рок за извршење услуге сервиса ван мерних станица (лабораторија понуђача или произвођача) решаваће се споразумно уз евентуално померање гарантног рока (уколико поправка траје дуже од 15 дана).

-Рокови за извршење услуге редовног сервиса у периоду гарантног рока, ће се обављати споразумно, а на основу достављеног плана сервиса Понуђача (глава III техничке спецификације).

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Наручилац ће у року од 15 дана од дана потписивања уговора одн. испостављене профактуре, уплатити аванс у висини 40% од укупне цене на име набавке и испоруке предметних анализатора са свом потребном опремом према техничкој спецификацији (Цене тачка 1 -4).

Остатак уговорене цене од 60% ће се платити након обављене инсталације и пуштања у рад анализатора азотних оксида и генератора ваздуха и обуке Наручиоца односно након потписивања Записник о примопредаји, у року од 15 дана од дана испостављања фактуре изабраног Понуђача.

Понуђач се обавезује да поступа у складу са чланом 4а Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС“ бр. 119/2012, 68/2015 и 113/2017) и да фактуре региструје у централном регистру фактура.

Понуђач се обавезује да исправно регистроване фактуре у централном регистру фактура доставља у року од три дана од дана регистровања, са инструкцијом за плаћање фактуре, а Наручилац се обавезује да исплату по истој изврши у року од 15 дана, а најкасније у року од 45 дана, односно 60 дана уколико је друга уговорна страна јавно предузеће, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС“ бр. 119/2012, 68/2015 и 113/2017).

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

ГАРАНТНИ РОК

Обавеза Понуђача је да гарантује за сву испоручену опрему која је предмет јавне набавке, у свему према техничкој спецификацији, као и за квалитет материјала, монтажу и правилан рад у склопу већ постојећег система најмање две године од дана потписивања Записника о примопредаји.

У случају дуже поправке у гарантном року, дужем од 15 дана, понуђач је дужан да продужи гарантни рок минимално за време за које је опрема била изван функције

УГОВОРНА КАЗНА

у случају кашњења понуђача у односу на утврђени рок испоруке добара, Наручилац има право на исплату уговорне казне у висини од 0,2% укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења али не више од 5% вредности уговора.

Наручилац има право да утврђени и обрачунати износ уговорне казне наплати.

Ако је закашњење у пружању услуге или испоруци резервних делова проузроковано неблаговременим преузимањем робе од стране Наручиоца, у случају немогућности испуњења уговора према Закону о облигационим односима, односно у случају отежаног испуњења уговорених обавеза из оправданих разлога, а које је понуђач у обавези да писмено образложи и достави Наручиоцу, уговорна казна се неће примењивати.

ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ РОКА ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

Напомена: Понуђена цена мора да садржи и све трошкове везане за реализацију предмета јавне набавке и то: трошкове смештаја, превоза и дневнице сервисера, трошкови царине и шпедиције и превоза робе.

Потписивањем и овером Техничке спецификације Понуђач потврђује да испуњава захтеве из Техничке спецификације.

Место: _____

Датум: _____

М.П.

Понуђач:

III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

1. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА, АКО ЗБОГ ОБИМА И ТЕХНИЧКИХ РАЗЛОГА ИСТУ НИЈЕ МОГУЋЕ ОБЈАВИТИ:

Предметна јавна набавка не садржи техничку документацију и планове.

**IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО
СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА**

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона, и то:

- 1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. Закона);
- 2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. Закона);
- 3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (члан 75. став 1. Закона);
- 4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона).

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76. Закона и овом конкурсном документацијом, и то:

1) Да располаже довољним кадровским капацитетом, односно да поседује:

- најмање једног радно ангажованог сервисера који поседује сертификат или овлашћење за сервисирање опреме која је предмет набавке (доказ: сертификат произвођача, односно овлашћеног дистрибутера) и има бар три године радног искуства у том послу (докази: изјава под пуном кривичном и материјалном одговорношћу са наведеном врстом посла, временским периодом ангажовања и називом Наручиоца, М образац или Уговор о раду, уговор о делу или по било ком другом правном основу и фотокопија личне карте или пасоша),
- понуђач треба да због повезивања на јединствен систем, дата логер „Хрчак“ и софтвера „Кошава“, има најмање једног радно ангажованог сервисера који поседује сертификат произвођача или овлашћеног дистрибутера (доказ: сертификат произвођача, односно овлашћеног дистрибутера) и да има бар две године радног искуства у том послу (докази: изјава, М образац или Уговор о раду, уговор о делу или по било ком другом правном основу, фотокопија личне карте или пасоша)

2) Да понуђач располаже пословним капацитетом, и то:

- Потребно је да је у претходне три године (2015, 2016. и 2017.) пре објављивања позива за подношење понуда пружао услуге које су предмет ове јавне набавке у вредности од најмање 7.000.000,00 динара (доказ: потврда од Наручилаца, где се наводи врста услуге, датум, вредност уговора и вредност услуге)

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1, односно наведене у овом поглављу конкурсне документације у тачки 1.1. и то од 1) до 3).

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуњава обавезне услове наведене у члану 75. став 1. и 2. Закона, односно услове наведене у тачки 1.1. овог поглавља и то подтачке 1) 2) 3) и 4). Додатне услове из члана 76. Закона и дефинисане у овом поглављу конкурсне документације, у тачки 1.2. испуњавају заједно.

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Услов из тачке 1.1. подтачка 1) овог поглавља и из члана 75. став 1. Закона

Доказ:

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда;

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра.

за физичко лице: /

- Услов из тачке 1.1. подтачка 2) овог поглавља и из члана 75. став 1. Закона

Доказ:

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење **основног суда** на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. **Напомена:** Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити **И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА** на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције **Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду**, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење **надлежне полицијске управе МУП-а**, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење **надлежне полицијске управе МУП-а**, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- Услов из тачке 1.1. подтачка 3) овог поглавља и из члана 75. став 1. Закона

Доказ:

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.

ДОКАЗИ НЕ МОГУ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.

Услов из тачке 1.1. подтачка 4) овог поглавља и из члана 75. став 2. Закона:

- Доказ:

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде, те испуњеност истих доказује достављањем Изјаве (Образац 5. из поглавља VI конкурсне документације).

Услови из тачке 1.2. подтачке 1) и 2) овог поглавља конкурсне документације и из члана 76. Закона:
За испуњеност додатних услова који се односе на кадровски и пословни капацитет Наручилац захтева на увид следеће доказе:

Да располаже довољним кадровским капацитетом:

- за најмање једног радно ангажованог сервисера који поседује сертификат или овлашћење за сервисирање опреме која је предмет набавке потребно је доставити као доказе:
сертификат произвођача, односно овлашћеног дистрибутера) и има бар три године радног искуства у том послу (докази: изјава под пуном кривичном и материјалном одговорношћу са наведеном врстом посла, временским периодом ангажовања и називом Наручиоца, М образац или Уговор о раду, уговор о делу или по било ком другом правном основу и фотокопија личне карте или пасоша),
- понуђач треба да због повезивања на јединствен систем, дата логер „Хрчак“ и софтвера „Кошава“, има најмање једног радно ангажованог сервисера који поседује сертификат произвођача или овлашћеног дистрибутера.
Као доказ доставити сертификат произвођача, односно овлашћеног дистрибутера) и да има бар две године радног искуства у том послу (докази: изјава под пуном кривичном и материјалном одговорношћу са наведеном врстом посла, временским периодом ангажовања и називом Наручиоца, М образац или Уговор о раду, уговор о делу или по било ком другом правном основу, фотокопија личне карте или пасоша.

Да располаже пословним капацитетом, и то:

- Потребно је да је у претходне три године (2015, 2016. и 2017.) пре објављивања позива за подношење понуда пружао услуге које су предмет ове јавне набавке у вредности од најмање 7.000.000,00 динара (доказ: потврда од Наручилаца, где се наводи врста услуге, датум, вредност уговора и вредност услуге)

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава све обавезне услове наведене у тачки 1.1. овог поглавља и у члану 75. став 1. и 2. Закона. Додатне услове група понуђача испуњава заједно, па тако доказ о испуњености додатног услова понуђач је дужан да достави за понуђаче из групе понуђача којима је поверено извршење тог дела предмета набавке.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове наведене у овом поглављу, у тачки 1.1. и то подтачке од 1) до 3) и у члану 75. став 1. Закона.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неовверених копија, а Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја о стручној оцени понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказују испуњеност обавезних услова из тачке 1.1. подтачке од 1) – 3) овог поглавља и из члана 75. став 1. Закона.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи неки од доказа одређених конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона, сходно чл. 78. Закона.

Понуђач **није** дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, односно доказе којима се доказује испуњеност обавезних услова из тачке 1 овог поглавља, **уколико у понуди наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.**

V КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

1. Критеријум за доделу уговора:

Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума „**најнижа понуђена цена**“.

2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, Наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену. Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који ће бити убачени у идентичне плаве коверте, те ће све те коверте ставити у провидну кутију одакле ће извући само једну. Уговор ће бити додељен понуђачу који буде извучен. Понуђачима који не присуствују овом поступку, Наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

Саставни део понуде чине следећи обрасци:

- 1) Образац понуде (Образац 1);
- 2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);
- 3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
- 4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
- 5) Образац изјаве понуђача о поштовању обавеза из чл. 75. Закона (Образац 5);
- 6) Образац изјаве подизвођача о испуњености обавезних услова из чл. 75. Закона (Образац 6) – уколико подноси понуду са подизвођачем;
- 7) Образац 7.

**Образац 1
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

Понуда број _____ од _____ године за отворени поступак јавне набавке –
Набавка анализатора, бр. XI-13-404-252/2018.

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Врста правног лица	1. микро 2. мало 3. средње 4. велико 5. физичко лице 6. јавно предузеће
Име особе за контакт:	
Законски заступник:	
Електронска адреса понуђача (е-маил):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Законски заступник:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Законски заступник:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Законски заступник:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Законски заступник:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Законски заступник:	

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Набавка анализатора, у складу са Техничком спецификацијом конкурсне документације Наручиоца, бр. XI-13-404-252/2018

Опис добара, према Техничкој спецификацији	Јед. мере	Кол.	Цена по јединици мере у динарима без ПДВ-а	Цена по јединици мере у динарима са ПДВ-ом	Укупна цена у динарима без ПДВ-а	Укупна цена у динарима са ПДВ-ом
1. Анализатор азотних оксида (NO/NO ₂ /NO _x) са свом потребном опремом, са инсталацијом и обуком за редован рад, а у свему према Техничкој спецификацији	Ком.	2				
2. Анализатор угљен-моноксида (CO) са свом потребном опремом, са инсталацијом и обуком за редован рад, а у свему према Техничкој спецификацији	Ком.	1				
3. Анализатор озона (O ₃) са свом потребном опремом, са инсталацијом и обуком за редован рад, а у свему према Техничкој спецификацији	Ком.	1				
3. Анализатор суспендованих честица (PM ₁₀ , PM _{2.5}) у амбијенталном ваздуху са свом потребном опремом, са инсталацијом и обуком за редован рад, а у свему према Техничкој спецификацији	Ком.	1				
Укупно понуђена цена за ставке од 1. до 4.						

Рок важења понуде

Рок важења понуде је _____ дана (не може бити краћи од 60 дана) од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

Проценат укупне вредности набавке или део набавке, који ће бити поверен подизвођачу: _____
(попуњава само понуђач који подноси понуду са подизвођачем)

Напомена:

Понуђена цена мора да садржи и све трошкове везане за реализацију предмета јавне набавке и то: трошкове смештаја, превоза и дневнице сервисера, трошкови царине и шпедиције и превоза робе.

Датум

М. П.

Понуђач

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у образцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

ОБРАЗАЦ 2**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ**

Предмет јавне набавке су добра – Набавка анализатора, бр. XI-13-404-252/2018, и подразумева следеће:

Опис добра, према Техничкој спецификацији	Јед. мере	Кол.	Цена по јединици мере у динарима без ПДВ-а	Цена по јединици мере у динарима са ПДВ-ом	Укупна цена у динарима без ПДВ-а	Укупна цена у динарима са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6 (3*4)	7 (3*5)
1. Анализатор азотних оксида (NO/NO2/NOx) са свом потребном опремом, са инсталацијом и обуком за редован рад, а у свему према Техничкој спецификацији	Ком.	2				
2. Анализатор угљен-монооксида (CO) са свом потребном опремом, са инсталацијом и обуком за редован рад, а у свему према Техничкој спецификацији	Ком.	1				
3. Анализатор озона (O ₃) са свом потребном опремом, са инсталацијом и обуком за редован рад, а у свему према Техничкој спецификацији	Ком.	1				
3. Анализатор суспендованих честица (PM10, PM2.5) у амбијенталном ваздуху са свом потребном опремом, са инсталацијом и обуком за редован рад, а у свему према Техничкој спецификацији	Ком.	1				
Укупно понуђена цена за ставке од 1. до 4.						

Упутство за попуњавање табеле:

- У колону 4 уписати колико износи цена по јединици мере у динарима без урачунатог ПДВ-а за предметно добро,
- У колону 5 уписати колико износи цена по јединици мере у динарима са урачунатим ПДВ-ом за предметно добро,
- У колону 6 уписати колико износи укупно понуђена цена у динарима без урачунатог ПДВ-а за предметно добро, која се добија множењем количине (колоне 3) и цене по јединици мере у динарима без ПДВ-а (колоне 4),
- У колону 7 уписати колико износи укупно понуђена цена у динарима са урачунатим ПДВ-ом за предметно добро, која се добија множењем количине (колоне 3) и цене по јединици мере у динарима са ПДВ-ом (колоне 7),
- У реду “Укупно понуђена цена за ставке од 1. до 4.” уноси се збир вредности претходних редова (ставке од 1. до 4.) који представља укупну вредност понуде у динарима без ПДВ-а (колоне 6) и укупну вредност понуде у динарима са ПДВ-ом (колоне 7).

Место: _____
Датум: _____

М.П.

Потпис Понуђача _____

Напомена: Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише чиме се потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени, у случају да понуђач наступа самостално или са подизвођачем. Уколико понуђач подноси заједничку понуду, овај образац попуњава, потписује и печатом оверава споразумом овлашћени члан из групе понуђача.

Достављање Обрасца структуре цене је обавезно.

ОБРАЗАЦ 3**ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ**

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _____ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припреме понуде за отворени поступак јавне набавке - Набавка анализатора, бр. XI-13-404-252/2018, како следи у табели

ВРСТА ТРОШКА	ИЗНОС ТРОШКА У РСД
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Датум: _____

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: Достављање Обрасца 3. **није** обавезно.

ОБРАЗАЦ 4

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, _____, (Назив понуђача)
даје:

**ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду за отворени поступак јавне набавке – Набавка анализатора, бр. XI-13-404-252/2018, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима

Датум: _____

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ОБРАЗАЦ 5

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач.....у отвореном поступку јавне набавке - Набавка анализатора, бр. XI-13-404-252/2018 је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде

Датум

Понуђач

М.П.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ОБРАЗАЦ 6**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗАКОНА**

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник подизвођача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Подизвођач.....у отвореном поступку јавне набавке - Набавка анализатора, бр. XI-13-404-252/2018, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде

Место: _____

Датум: _____

М.П.

Подизвођач:

ОБРАЗАЦ 7

ПОШИЉАЛАЦ :

АДРЕСА НАРУЧИОЦА:

**ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВО
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
26000 ПАНЧЕВО, ТРГ КРАЉА ПЕТРА I БР. 2-4**

**ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ
НАБАВКА АНАЛИЗАТОРА
БР. XI-13-404-252/2018**

**НЕ ОТВАРАТИ
-ПОНУДА-**

Напомена: Образац 7. је пожељно налепити на коверту понуде.

VII МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О НАБАВЦИ АНАЛИЗАТОРА

Закључен дана _____ године између:

Наручиоца: Град Панчево,
са седиштем у Панчеву, Трг краља Петра бр. 2-4,
ПИБ 101049012, матични број 08331537
Број рачуна 840-104640-03 Управа за трезор,
кога заступа _____
(у даљем тексту: **Наручилац**)

и

_____ са седиштем у _____, улица _____,
ПИБ: _____ Матични број: _____
Број рачуна: _____ Назив банке: _____,
Телефон: _____ Телефакс: _____
кога заступа _____
(у даљем тексту: **Добављач**),

Остали (подизвођачи или чланови групе понуђача)

Основ уговора: Спроведен отворени поступак јавне набавке, бр. XI-13-404-252/2018

Датум одлуке о додели уговора: _____ године

Понуда изабраног понуђача број _____ од _____ године

Члан 1.

Уговорне стране су сагласне да је предмет овог уговора набавка анализатора, услуга инсталације у систем за континуално мерење квалитета ваздуха и обука за рад над предметних анализаторима, и то:

1- Анализатор угљен-моксида (CO)	1ком
2- Анализатор озона (O ₃)	1ком
3- Анализатор азотних оксида (NO/NO ₂ /NO _x)	2ком
4- Анализатор PM10,PM2.5	1ком

а на основу спроведеног отвореног поступка јавне набавке – Набавка анализатора, бр. XI-13-404-252/2018, у свему у складу са Техничком спецификацијом конкурсне документације Наручиоца и прихваћеном понудом Добављача број _____ од _____ 2018. године.

Члан 2.

Уговорне стране су сагласне да постојећи систем за континуално мерење квалитета ваздуха се састоји од 4 мерне станице и софтвера:

Уговорне странње су сагласне да је Листа уређаја у мерним станицама, која садржи загађујућу материју која се мери, модел, произвођача, заступника, годину производње, чије је одржавање предмет обавезе Добављача из члана 1. овог Уговора, по мерним местима следећа:

1. Мерна станица «Цара Душана»

1. SO₂ M 43i, Thermo electron, USA, MLU, 2006.
2. O₃, M 400, Teledyne-API, USA,MLU, 2004.
3. B,T,X (PID),GC955 серија 601, SYNTech SPECTRAS, Холандија , EAS,2010
4. NO/NO₂/NO_x T200 Teledyne-API, USA, Mizma Igboš, 2014
5. Data logger, Хрчак, Mizma Igboš 2016

Град Панчево

Конкурсна документација бр. XI-13-404-252/2018

2. Мерно место «Ватрогасни дом»

1. TNMHC (FID), GC955 серија 114, SYNTECH SPECTRAS, Холандија,MLU, 2004.
2. B,T,X (PID),GC955 серија 601, SYNTECH SPECTRAS Холандија, Mizma Igbo, 2015
- генератор ваздуха (Air zero module) M701
3. PM10,PM2.5, PM1.0 Grimm, 180, EAS, 2010
4. Data logger, Хрчак Mizma Igbo 2016

3. Мерно место«Војловица»

1. SO₂ M 43i, Thermo electron, USA, MLU 2006.
2. TRS, M102A, Teledyne-API, USA,MLU 2004
- термални конвертор M501TRS Teledyne-API, EAS 2013,
3. B,T,X (PID),GC955 серија 601, SYNTECH SPECTRAS Холандија, Mizma Igbo, 2016
4. PM 10, TEOM 1400A, RP Ruppreeht Patashnick co.inc, Albany. N.Y.,USA, MLU 2004.*
5. Data logger, Хрчак, Mizma Igbo 2016
6. Метеоролошка станица са сензорима: WS 200

4. Мерно место«Старчево»

1. SO₂ M100E Teledyne-API, USA, „Project Automation“ S.p.A, Италија, 2005
2. CO M300E Teledyne-API,USA, „Project Automation“ S.p.A, Италија, 2004
3. O₃ M400E Teledyne-API, USA, „Project Automation“ S.p.A, Италија, 2004
4. NO/NO₂/NO_x M200E Teledyne-API, USA, „Project Automation“ S.p.A, Италија, 2004
5. PM10 Environnement mod. MP101M, Француска, 2004
6. Data logger, Хрчак Mizma Igbo 2016
- 7.Метеоролошка станица са сензорима: WS 200

Уговорне стране сагласно утврђују да софтвер за систем за континуално мерење квалитета ваздуха "Кошава" Мизма Игбо 2016, који се састоји из апликативног и системског дела наведеног у листи, садржи следеће:

1. апликативни сервер,
2. сервер за медијацију,
3. веб сервер,
4. сервер за базу података,
6. софтвер за базу података

(Напомена: Члан 3. мења се или брише се, у зависности од понуде)**Члан 3.**

Добављач се обавезује да самостално, или са подизвођачима, односно као Група понуђача, испоручи добра која су предмет уговора.

У случају да Добављач ангажује подизвођаче, одговоран је Наручиоцу за њихово извршење, као да га је сам извршио.

Уколико Добављач наступа као овлашћени представник Групе понуђача, чланови групе су неограничено солидарно одговорни Наручиоцу, за извршење уговорених послова.

У складу са Понудом, Добављач ће реализацију Уговора делимично поверити _____

_____ (навести назив и седиште сваког ангажованог подизвођача, односно члана групе понуђача уколико је Добављач у Понуди наступио са подизвођачем/има, односно као група понуђача), и то за послове - делове понуде _____

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да укупна уговорена цена за набавку из члана 1. овог Уговора износи _____ динара без урачунатог ПДВ-а, односно _____ динара са урачунатим ПДВ-ом.

Уговорне стране су сагласне да једничне цене, по Обрасцу структуре цене који је саставни део уговора, садрже све трошкове које Додављач има у реализацији Уговора, а везане су за реализацију предмета јавне набавке и то: трошкове смештаја, превоза и дневнице сервисера, трошкови царине и шпедиције и превоза робе из члана 1. овог Уговора, као и да су фиксне и непроменљиве за цео период важења Уговора, те да исте износе:

Опис добра, према Техничкој спецификацији	Јед. мере	Кол.	Цена по јединици мере у динарима без ПДВ-а	Цена по јединици мере у динарима са ПДВ-ом
1. Анализатор азотних оксида (NO/NO ₂ /NO _x) са свом потребном опремом, са инсталацијом и обуком за редован рад, а у свему према Техничкој спецификацији	Комад	2		
2. Анализатор угљен-монооксида (CO) са свом потребном опремом, са инсталацијом и обуком за редован рад, а у свему према Техничкој спецификацији	Комад	1		
3. Анализатор озона (O ₃) са свом потребном опремом, са инсталацијом и обуком за редован рад, а у свему према Техничкој спецификацији	Комад	1		
3. Анализатор суспендованих честица (PM ₁₀ , PM _{2.5}) у амбијенталном ваздуху са свом потребном опремом, са инсталацијом и обуком за редован рад, а у свему према Техничкој спецификацији	Комад	1		

Уговорне стране су сагласне да ће се плаћање доспелих обавеза насталих у 2018. години, вршити до висине одобренних апропријација за ту намену, а у складу са законом којим се уређује буџетски систем и одлуком којом се уређује буџет града Панчева за 2018. годину.

Члан 7. Уредбе о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година ("Сл. гласник РС" бр.21/14) примењиваће се у случају појаве околности које би условили плаћање у наредној 2019. години.

Члан 5.

Уговорне стране су сагласне да је Додављач у обавези да опрему која је предмет овог Уговора инсталира у 19^о полицу и пусти у редован режим рада по мерним станицама на следећи начин:

1. "Цара Душана" ;
 - Анализатор угљен-мооксида (CO)
 - Анализатор PM₁₀,PM_{2.5},
2. „ Војловица“:
 - Анализатор озона (O₃)
 - Анализатор азотних оксида (NO/NO₂/NO_x)
3. "Ватрогасни дом";
 - Анализатор азотних оксида (NO/NO₂/NO_x)

Уговорне стране су сагласне да је Додављач у обавези да обезбедити да набављена опрема ради као део постојећег система.

Наручилац има право да промени мерно место на коме ће се поставити предмет јавне набавке.

Уговорне стране су сагласне да уколико дође до кварова или неправилности на опреми (током гарантног рока) због лошег материјала или неправилне монтаже у оквиру постојећег система и рада, обавеза је Додављача да све то поправи, уколико је потребно и прибави неопходне делове, поштујући дате рокове Наручиоца и о свом трошку.

Члан 6.

Уговорне стране сагласно констатују да анализатор за континуално праћење азотних оксида у амбијенталном ваздуху треба да буде такав да непрекидно узоркује и мери и да буде тако повезан, да складишти податке у меморију Data logger-а "Хрчак", који се налази у мерној станици система града Панчева за континуално мерење квалитета ваздуха и да се ти подаци аутоматски преносе на Централни рачунар где се обрађују и прате, помоћу инсталираног "Кошава" софтверског пакета, као и да испорука анализатора азотних оксида треба да обухвата следеће:

1. Анализатор за мерење азотних оксида (NO, NO₂ и NO_x) са свим потребним материјалом за прикључење на систем,
2. Шине за постављање анализатора у 19" полицу, по потреби
3. Манометар за калибрациону боцу, са свим потребним материјалом за прикључење (црево . одговарајући наставци и сл) на систем одн анализатор*
4. Шине за постављање анализатора у 19" полицу
5. Потрошни материјал (Улазни филтер за уклањање ситних честица, мембрана за пумпу и сл.) за одржавање за 2 године према препоруци произвођача опреме.
6. Спољњу пумпу, са свим додацима за прикључивање
7. Упутство за коришћење анализатора азотних оксида од произвођача.

Члан 7.

Уговорне стране сагласно констатују да анализатор за континуално праћење угљен-монооксида у амбијенталном ваздуху треба да буде такав да непрекидно узоркује и мери и да буде тако повезан, да складишти податке у меморију Data logger-а "Хрчак", који се налази у мерној станици система града Панчева за континуално мерење квалитета ваздуха и да се ти подаци аутоматски преносе на Централни рачунар где се обрађују и прате, помоћу инсталираног "Кошава" софтверског пакета, као и да испорука анализатора угљен-монооксида треба да обухвата следеће:

1. Анализатор за мерење угљенмонооксида са свим потребним материјалом за прикључење на комплетан систем,
2. Шине за постављање анализатора у 19" полицу, по потреби
3. Манометар за калибрациону боцу, са свим потребним материјалом за прикључење (црево . одговарајући наставци и сл) на систем одн анализатор*
4. Шине за постављање анализатора у 19" полицу
5. Упутство за коришћење анализатора угљенмонооксида од произвођача.
6. Потрошни материјал (Улазни филтер за уклањање ситних честица, мембрана за унутрашњу пумпу) за одржавање за 2 године према препоруци произвођача опреме.

Члан 8.

Уговорне стране сагласно констатују да анализатор за континуално праћење озона у амбијенталном ваздуху треба да буде такав да непрекидно узоркује и мери и да буде тако повезан, да складишти податке у меморију Data logger-а "Хрчак", који се налази у мерној станици система града Панчева за континуално мерење квалитета ваздуха и да се ти подаци аутоматски преносе на Централни рачунар где се обрађују и прате, помоћу инсталираног "Кошава" софтверског пакета, као и да испорука анализатора озона треба да обухвата следеће:

- 1.Анализатор за мерење озона са свим потребним материјалом за прикључење на комплетан систем,
2. Шине за постављање анализатора у 19" полицу, по потреби
- 3.Упутство за коришћење анализатора угљенмооксида од произвођача.
- 4.Потрошни материјал (Улазни филтер за уклањање ситних честица, мембрана за унутрашњу пумпу) за одржавање за 2 године према препоруци произвођача опреме.

Члан 9.

Уговорне стране сагласно констатују да анализатор за континуално праћење суспендованих честица PM10, PM2.5 у амбијенталном ваздуху треба да буде такав да непрекидно узоркује и мери и да буде тако повезан, да складишти податке у меморију Data logger-а "Хрчак", који се налази у мерној станици система града Панчева за континуално мерење квалитета ваздуха и да се ти подаци аутоматски преносе на Централни рачунар где се обрађују и прате, помоћу инсталираног "Кошава" софтверског пакета.

Члан 10.

Уговорне стране су сагласне да је Добављач у обавези да достави План редовног сервиса за период од годину дана (одн. период гарантног рока), у свему према Техничкој спецификацији и захтевима произвођача опреме, а којим ће се обезбедити поуздан и исправан рад система и обезбедити континуитет мерења за аутоматске станице.

Члан 11.

Уговорне стране сагласно констатују да је Добављач у обавези да након завршеног посла Наручиоцу изда одговарајући докуменат о примопредаји нарученог посла (Записник о примопредаји) који сачињава Добављач, а потписују га обе стране потписнице Уговора.

Уговорне стране сагласно констатују да је Добављач у обавези да након сваке интервенције на анализатору (инсталација, одржавање у гарантном року, рекламација, примопредаја и сл.) изда документ, тј. сервисну листу која обавезно мора да садржи следеће:

1. Општи подаци

Име понуђача, име наручиоца, назив мерног места, локација на којој се мерно место налази, назив и сер. број анализатора, датум (интервал) интервенције, обавезно навести врсту одн. разлог интервенције (инсталација, одржавање у гарантном року, рекламација, примопредаја, и сл).

2. Сервисне активности

Дати опис кvara, сервисне активности (инсталација, преглед, замена, подешавање, чишћење) материјал који је употребљен, материјал који је потребно набавити.

3. Калибрација

Приликом калибрације анализатора дати очекиване и добијене вредности нуле и спана, и навести вредности са сертификата за спан (гасне смеше или пермтубе).

4. Коментар

У коментару навести обавезно да ли је анализатор у радном режиму и ради исправно или је неисправан и које су радње потребне за поправку.

5. На крају документа навести ко је обавио инсталацију тј сервис (печат фирме (не мора ако се документ издаје на меморандуму фирме) и потпис сервисера који је обавио инсталацију, сервис).

Уговорне стране сагласно констатују да је Добављач у обавези да након инсталације, односно сваког прегледа анализатора (уколико је у исправном режиму рада) упише у листу параметара у интерним књигама анализатора (која се налази на мерном месту) све тражене параметре који се могу прочитати на анализатору (притисак, температура, проток...).

Члан 12.

Уговорне стране су сагласне да се за праћење утроска средстава и реализацију Уговора од стране Наручиоца задужује се Весна Петковић Боровница из Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе града Панчева.

Члан 13.

Уговорне стране су сагласне да се Уговор закључује до утроска планираних средстава Наручиоца, а најдуже на период од шест месеци, рачунајући од дана потписивања Записника о примопредаји, а у свему у складу са Техничком спецификацијом Наручиоца.

Члан 14.

Уговорне стране су сагласне да је рок испоруке предметних анализатора (за мерење азотних оксида (NO , NO_2 и NO_x), озона, угљен монооксида и PM_{10} , $\text{PM}_{2.5}$) са свом потребном опремом, као и резервних делова потрошног и ситног материјала за период одржавања за две године а свему у складу са Техничком спецификацијом, не може бити дужи од 90 дана од дана потписивања уговора.

Инсталација и пуштање у рад предмета јавне набавке не може да траје дуже од дана од 7 дана испоруке.

Уговорне стране су сагласне да ће обука Наручиоца трајати један дан, одмах након инсталације (не дуже од недељу дана након инсталације) у складу са договором између Наручиоца и Добављача.

Рок испоруке делова које ће Добављач испоручивати по потреби услед детектованог квара, у току трајања гарантног рока, не може бити дужи од 70 дана, од дана детектованог квара.

Рок за извршење услуге сервиса ван мерних станица (лабораторија понуђача или произвођача) решаваће се споразумно уз евентуално померање гарантног рока (уколико поправка траје дуже од 15 дана).

Рокови за извршење услуге редовног сервиса у периоду гарантног рока, ће се обављати споразумно, а на основу достављеног плана сервиса Добављача.

Члан 15.

У случају да Наручилац констатује да су утврђени недостаци у квалитету испоручених добара, Добављач је дужан да исте отклони, тј. предузме одређене радње као би се квар дијагностиковао и/или отклонио, најкасније у року од 5 дана од дана пријема рекламације од стране Наручиоца. Уколико буде било потребно да се замене делови, уз одобрење Наручиоца поштоваће се и рок набавке резервних делова.

Члан 16.

Наручилац ће у року од 15 дана од дана потписивања уговора, односно испостављене профактуре Добављача, уплати аванс у висини 40% од укупне цене на име набавке и испоруке предметних анализатора са свом потребном опремом према техничкој спецификацији (Цене тачка 1 -4).

Остатак уговорене цене од 60% ће се платити након обављене инсталације и пуштања у рад анализатора азотних оксида и генератора ваздуха и обуке Наручиоца односно након потписивања Записник о примопредаји, у року од 15 дана од дана испостављања фактуре Добављача, на рачун Добављача број _____ код _____ банке.

Уговорне стране сагласно констатују да се Добављач обавезује да поступа у складу са чланом 4а Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС“ бр. 119/2012, 68/2015 и 113/2017) и да фактуре из става 1. овог члана региструје у централном регистру фактура.

Уговорне стране сагласно констатују да се Добављач обавезује да исправно регистроване фактуре у централном регистру фактура доставља у року од три дана од дана регистрација, са инструкцијом за плаћање фактуре, а Наручилац се обавезује да исплату по истој изврши у року од 15 дана, а најкасније у року од 45 дана, односно 60 дана уколико је друга уговорна страна јавно предузеће (у супротном овај део реченице ће бити избрисан из уговора), у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС“ бр. 119/2012, 68/2015 и 113/2017).

Члан 17.

Уговорне стране сагласно констатују да се Добављач обавезује да у року од 5 дана од дана закључења овог Уговора достави Наручиоцу:

- сопствену соло меницу, без протеста, наплативу на први позив, без додатних услова за исплату са меничним овлашћењем за Наручиоца, копијом картона депонованих потписа, копије ОП обрасца, захтев за регистрацију менице, као средство обезбеђења за повраћај аванса у износу од 40% уговорене вредности са порезом на додату вредност, којом безусловно и неопозиво гарантује потпуно и савесно извршење уговорних обавеза, са роком важности 60 дана по истеку уговореног рока за испоруку опреме.
- Сопствена соло меница ће се вратити Добављачу након истека рока од 60 дана од рока за завршетак посла, уколико се не испуне услови за активирање менице као средства обезбеђења за испоруку опреме.

Члан 18.

Уговорне стране сагласно констатују да је Добављач у обавези да гарантује за сву испоручену опрему која је предмет јавне набавке, у свему према Техничкој спецификацији, као и за квалитет материјала, монтажу и правилан рад у склопу већ постојећег система најмање две године од дана потписивања Записника о примопредаји.

У случају дуже поправке у гарантном року, дужем од 15 дана, Добављач је дужан да продужи гарантни рок минимално за време за које је опрема била изван функције

Члан 19.

Уговорне стране су сагласне да уговорна страна, која не поштује одредбе овог уговора, одговара за штету причињену другој уговорној страни, у складу са одредбама Закона о облигационим односима Републике Србије.

Члан 20.

Уговорне стране сагласне су да ће се у случају раскида уговора, примењивати одредбе Закона о облигационим односима.

Уговорне стране сагласне су да се раскид уговора захтева писаним путем, са раскидним роком од 15 (петнаест) дана.

Уговорне стране сагласне су да се као случајеви више силе сматрају природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне несреће, одлуке органа власти, штрајкови и други случајеви који се у моменту закључења овог уговора нису могли предвидети.

Уговорне стране сагласне су да наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу уговорних обавеза.

Уговорне стране сагласне су да су обавезне да о датуму наступања, трајања и престанка више силе да без одлагања једна другу обавесте писаним путем.

Уговорне стране су сагласне да на сва питања, која нису регулисана овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима Републике Србије.

Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове, који проистекну приликом реализације овог уговора, покушати да реше споразумно и у духу добрих пословних обичаја, при чему ће се користити комплетна конкурсна документација, а ако се спор не реши на напред наведен начин, пристају на надлежност суда у Панчеву.

Члан 21.

Уговорне стране су сагласне да је овај уговор сачињен у осам истоветних примерака, од којих Наручилац задржава пет примерака, а три примерка Добављач за своје потребе.

ДОБАВЉАЧ

НАРУЧИЛАЦ

Напомена: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем и понуђач је у обавези да овај модел уговора потпише, овери печатом и достави уз понуду, чиме потврђује да је сагласан са садржином истог.

У случају да привредни субјекат не користи печат, а у складу са Законом о привредним друштвима, уговор о јавној набави ће бити оверен од стране нотара, где свака уговорна страна сноси своје трошкове овере потписа.

III УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику. Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести називи адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Градска управа града Панчева, Секретаријат за јавне набавке, 26000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4, са назнаком: „Понуда за отворени поступак јавне набавке – Набавка анализатора, бр. XI-13-404-252/2018 - **НЕ ОТВАРАТИ**”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 28.01.2019. године до 10:00 часова.

Наручилац ће, по пријему понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему Наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи :

- Техничку спецификацију конкурсне документације Наручиоца, потписану и оверену печатом; Техничка спецификација понуђених добара са сликом опреме коју ће Понуђач испоручити Плна редовног сервиса за период од годину дана,
- Доказе о испуњавању обавезних и додатних услова из члана 75. и члана 76. Закона;
- Образац понуде (Образац 1) – попуњен, потписан и оверен печатом;
- Образац структуре понуђене цене (Образац 2) – попуњен, потписан и оверен печатом;
- Образац изјаве о независној понуди (Образац 4) – попуњен, потписан и оверен печатом;
- Образац изјаве понуђача о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке – чл. 75. Закона (Образац 5) – попуњен, потписан и оверен печатом;
- Образац изјаве подизвођача о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке — чл. 75. Закона. (Образац 6) - уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем;
- Модел уговора – попуњен, потписан и оверен печатом;
- Изјава понуђача уколико као правни субјекат не користи печат

Уколико понуђачи подnose заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о испуњавању обавезних и додатног услова, Изјава о независној понуди), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно члана 81. Закона.

Уколико понуђач не користи печат, а у складу са Законом о привредним друштвима, дужан је да уз понуду достави Наручиоцу Изјаву о томе.

3.ПАРТИЈЕ

Предмет јавне набавке није обликован у више партија.

4.ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 87. СТАВ 6. ЗАКОНА

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Градска управа града Панчева, Секретаријат за јавне набавке, 26000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4, са знаком:

„Измена понуде за отворени поступак јавне набавке – Набавка анализатора, бр. XI-13-404-252/2018- **НЕ ОТВАРАТИ**” или

„Допуна понуде за отворени поступак јавне набавке – Набавка анализатора, бр. XI-13-404-252/2018 - **НЕ ОТВАРАТИ**” или

„Опозив понуде за отворени поступак јавне набавке – Набавка анализатора, бр. XI-13-404-252/2018 - **НЕ ОТВАРАТИ**” или

„Измена и допуна понуде за отворени поступак јавне набавке – Набавка анализатора, бр. XI-13-404-252/2018- **НЕ ОТВАРАТИ**”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (**Образац 1**), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације).

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА: Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тачке 1. и 2. Закона, и то податке о:

- 1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем и
- 2) опис послова сваког понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са Законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РЕКЛАМАЦИОНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

РОК ИСПОРУКЕ, ОДНОСНО ИСПОРУКЕ ДОБАРА ИЛИ ИЗВРШЕЊА УСЛУГАИ ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА:

-Уговор о проширењу система за континуално мерење квалитета ваздуха, набавка предметних анализатора (за мерење азотних оксида, озона, угљен монооксида и PM10, PM2.5) са пратећом опремом, закључује се на период од шест месеци (односно период гарантног рока), рачунајући од дана потписивања Записника о примопредаји, а у свему у складу са Техничком спецификацијом Наручиоца.

-Рок испоруке предметних анализатора азотних оксида (за мерење азотних оксида, озона, угљен монооксида и PM10, PM2.5) са свом потребном опремом, као и резервних делова потрошног и ситног материјала за период одржавања за две године а свему у складу са Техничком спецификацијом, не може бити дужи од 90 дана од дана потписивања уговора.

-Инсталација и пуштање у рад предмета јавне набавке не може да траје дуже од дана од 7 дана испоруке.

-Обука Наручиоца ће трајати један дан одмах након инсталације (не дуже од недељу дана након инсталације) у складу са договором између наручиоца и понуђача.

- У случају да Наручилац констатује да су утврђени недостаци у квалитету испоручених добара, изабрани Понуђач је дужан да исте отклони тј предузме одређене радње као би се квар дијагностиковао и/или отклонио, најкасније у року од 5 дана од дана пријема рекламације од стране Наручиоца. Уколико буде било потребно да се замене делови, уз одобрење Наручиоца поштоваће се и рок набавке резервних делова.

-Рок испоруке делова које ће Понуђач испоручивати по потреби услед детектованог квара, у току трајања гарантног рока, не може бити дужи од 70 дана, од дана детектованог квара.

-Рок за извршење услуге сервиса ван мерних станица (лабораторија понуђача или произвођача) решаваће се споразумно уз евентуално померање гарантног рока (уколико поправка траје дуже од 15 дана).

-Рокови за извршење услуге редовног сервиса у периоду гарантног рока, ће се обављати споразумно, а на основу достављеног плана сервиса Понуђача (глава III техничке спецификације).

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Наручилац ће у року од 15 дана од дана потписивања уговора одн. испостављене профактуре, уплати аванс у висини 40% од укупне цене на име набавке и испоруке предметних анализатора са свом потребном опремом према техничкој спецификацији (Цене тачка 1 -4).

Остатак уговорене цене од 60% ће се платити након обављене инсталације и пуштања у рад анализатора азотних оксида и генератора ваздуха и обуке Наручиоца односно након потписивања Записник о примопредаји, у року од 15 дана од дана испостављања фактуре изабраног Понуђача.

Понуђач се обавезује да поступа у складу са чланом 4а Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС“ бр. 119/2012, 68/2015 и 113/2017) и да фактуре региструје у централном регистру фактура.

Понуђач се обавезује да исправно регистроване фактуре у централном регистру фактура доставља у року од три дана од дана регистровања, са инструкцијом за плаћање фактуре, а Наручилац се обавезује да исплату по истој изврши у року од 15 дана, а најкасније у року од 45 дана, односно 60 дана уколико је друга уговорна страна јавно предузеће (у супротном овај део реченице ће бити избрисан из уговора), у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС“ бр. 119/2012, 68/2015 и 113/2017).

ГАРАНТНИ РОК

Обавеза Понуђача је да гарантује за сву испоручену опрему која је предмет јавне набавке, у свему према техничкој спецификацији, као и за квалитет материјала, монтажу и правилан рад у склопу већ постојећег система најмање две године од дана потписивања Записника о примопредаји.

У случају дуже поправке у гарантном року, дужем од 15 дана, понуђач је дужан да продужи гарантни рок минимално за време за које је опрема била изван функције.

УГОВОРНА КАЗНА

у случају кашњења понуђача у односу на утврђени рок испоруке добара, Наручилац има право на исплату уговорне казне у висини од 0,2% укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења али не више од 5% вредности уговора.

Наручилац има право да утврђени и обрачунати износ уговорне казне наплати.

Ако је закашњење у пружању услуге или испоруци резервних делова проузроковано неблаговременим преузимањем робе од стране Наручиоца, у случају немогућности испуњења уговора према Закону о облигационим односима, односно у случају отежаног испуњења уговорених обавеза из оправданих разлога, а које је понуђач у обавези да писмено образложи и достави Наручиоцу, уговорна казна се неће примењивати.

ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ РОКА ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ:

Цена мора бити исказана у динарима, са и без ПДВ-а, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без ПДВ-а.

Цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији ове јавне набавке. Цена је фиксна и не може се мењати за време важење уговора о јавној набавци.

Ако је у понуди исказана неубичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА:

Понуђач је се обавезује да у року од 5 дана од дана закључења Уговора достави Наручиоцу:

- сопствену соло меницу, без протеста, наплативу на први позив, без додатних услова за исплату са меничним овлашћењем за Наручиоца, копијом картона депонованих потписа, копије ОП обрасца, захтев за регистрацију менице, као средство обезбеђења за повраћај аванса у износу од 40% уговорене вредности са порезом на додату вредност, којом безусловно и неопозиво гарантује потпуно и савесно извршење уговорних обавеза, са роком важности 60 дана по истеку уговореног рока за испоруку опреме.

Сопствена соло меница ће се вратити Додављачу након истека рока од 60 дана од рока за завршетак посла, уколико се не испуне услови за активирање менице као средства обезбеђења за испоруку опреме.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које Наручилац ставља на располагање.

13. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА, АКО ЗБОГ ОБИМА И ТЕХНИЧКИХ РАЗЛОГА ИСТУ НИЈЕ МОГУЋЕ ОБЈАВИТИ

Предметна јавна набавка не садржи техничку документацију ни планове.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ И УКАЗИВАЊЕ НАРУЧИОЦУ НА ЕВЕНТУАЛНО УОЧЕНЕ НЕДОСТАТКЕ И НЕПРАВИЛНОСТИ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу Наручиоца: Градска управа града Панчева, 26000 Панчево, Трг краља Петра I бр.2-4, непосредно на Писарницу Градске управе, путем електронске поште на е-mail адресу: javne.nabavke@pancevo.rs или факсом на број: 013/352-799, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде који се подноси непосредно на Писарницу Градске управе или путем електронске поште или факсом, може се доставити сваког радног дана Наручиоца у периоду од 08 до 15 часова. Уколико је захтев који је поднет непосредно на Писарницу Градске управе града Панчева или путем електронске поште или факсом достављен након 15 часова или нерадног дана Наручиоца, сматраће се да је примљен наредног радног дана Наручиоца и од када ће почети да теку законски рокови, у смислу члана 63. став 3. Закона.

Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „**Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, бр. XI-13-404-252/2018**“. Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда Наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију. Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА: Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања Наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се доставља непосредно на Писарницу Градске управе града Панчева, електронском поштом на е-mail адресу: javne.nabavke@pancevo.rs, факсом на број: 013/352-799 или препорученом поштом са повратницом.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. Захтев за заштиту права који се подноси непосредно на Писарницу Градске управе града Панчева или путем електронске поште или факсом, може се доставити сваког радног дана Наручиоца у периоду од 08 до 15 часова. Уколико је захтев који је поднет непосредно на Писарницу Градске управе града Панчева или путем електронске поште или факсом достављен након 15 часова или нерадног дана Наручиоца, сматраће се да је примљен наредног радног дана Наручиоца.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог Закона.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

- назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
- назив и адресу наручиоца;
- податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
- повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
- чињенице и доказе којима се повреде доказују;
- потврду о уплати таксе из члана 156. Закона;
- потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.

* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши – 120.000 динара;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП;[навести назив наручиоца]; јавна набавка број XI-13-404-252/2018;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, **или**

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, **или**

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), **или**

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са Закона и другим прописом.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл.138. - 166. Закона.